サンプル定量レポート(ISTD)

バッチ情報

バッチデータパス	D:¥MassHunter¥Data¥Agilent¥PFOS¥4PFCs¥2026¥08¥8-2w¥QuantResults¥20260804_go.batch.bin
解析日時	8/6/2026 2:20 PM
レポート作成日時	8/6/2026 2:51 PM
検量線最終更新日時	8/6/2026 2:20 PM

解析情報

機器	Instrument 1	オペレータ	fujiwara
データファイル	0804039.d	サンプル名	3-35-2
サンプルタイプ	Sample	測定日時	8/5/2026 7:15 AM
測定メソッド	Direct_4PFCs_Gslow6_12_MRM20240624.m	解析メソッド	20260804_go.batch.bin
バイアル番号	P1-C2	希釈倍率	**0.02**
注入量1	10		

定量結果

濃度単位: ng/L



化合物名	最終濃度	RT (min)	イオン (Tgt)	面積 (Tgt)	IS化合物名	IS比
1.PFHxS	0.18638	2.89	399.0 -> 80.0	449	4.MPFHxS	0.01
2.PFOA	0.34497	2.21	413.0 -> 369.0	7253	5.MPFOA	0.03
3.PFOS	0.18558	5.85	499.0 -> 80.0	901	6.MPFOS	0.01

IS情報



化合物名	タイプ	RT (min)	イオン (Tgt)	面積値	
4.MPFHxS	ISTD	2.88	403.0 -> 84.0	48582	80%
5.MPFOA	ISTD	2.21	417.0 -> 372.0	241247	79%
6.MPFOS	ISTD	5.84	503.0 -> 80.0	72309	91%

化合物グラフィック



1.PFHxS



2.PFOA



3.PFOS



4.MPFHxS

5.MPFOA

6.MPFOS

サンプル定量レポート(ISTD)

バッチ情報

バッチデータパス	D:¥MassHunter¥Data¥Agilent¥PFOS¥4PFCs¥2026¥08¥8-2w¥QuantResults¥20260804_go.batch.bin
解析日時	8/6/2026 2:20 PM
レポート作成日時	8/6/2026 2:51 PM
検量線最終更新日時	8/6/2026 2:20 PM

解析情報

機器	Instrument 1	オペレータ	fujiwara
データファイル	0804040.d	サンプル名	3-35-18
サンプルタイプ	Sample	測定日時	8/5/2026 7:33 AM
測定メソッド	Direct_4PFCs_Gslow6_12_MRM20240624.m	解析メソッド	20260804_go.batch.bin
バイアル番号	P1-C3	希釈倍率	**0.02**
注入量1	10		

定量結果

濃度単位: ng/L



化合物名	最終濃度	RT (min)	イオン (Tgt)	面積 (Tgt)	IS化合物名	IS比
1.PFHxS	0.15317	2.86	399.0 -> 80.0	258	4.MPFHxS	0.01
2.PFOA	0.55553	2.20	413.0 -> 369.0	11860	5.MPFOA	0.05
3.PFOS	0.26515	5.85	499.0 -> 80.0	1427	6.MPFOS	0.02

IS情報



化合物名	タイプ	RT (min)	イオン (Tgt)	面積値	
4.MPFHxS	ISTD	2.88	403.0 -> 84.0	47144	78%
5.MPFOA	ISTD	2.21	417.0 -> 372.0	237228	78%
6.MPFOS	ISTD	5.84	503.0 -> 80.0	69353	88%

化合物グラフィック



1.PFHxS



2.PFOA



3.PFOS



4.MPFHxS

5.MPFOA

6.MPFOS

サンプル定量レポート(ISTD)

バッチ情報

バッチデータパス	D:¥MassHunter¥Data¥Agilent¥PFOS¥4PFCs¥2026¥08¥8-2w¥QuantResults¥20260804_go.batch.bin
解析日時	8/6/2026 2:20 PM
レポート作成日時	8/6/2026 2:51 PM
検量線最終更新日時	8/6/2026 2:20 PM

解析情報

機器	Instrument 1	**オペレータ**	fujiwara
データファイル	0804045.d	**サンプル名**	**3-35-25**
サンプルタイプ	Sample	**測定日時**	8/5/2026 9:05 AM
測定メソッド	Direct_4PFCs_Gslow6_12_MRM20240624.m	**解析メソッド**	20260804_go.batch.bin
バイアル番号	P1-C4	**希釈倍率**	**0.02**
注入量1	10		

定量結果

濃度単位: ng/L



化合物名	最終濃度	RT (min)	イオン (Tgt)	面積 (Tgt)	IS化合物名	IS比
1.PFHxS	0.18765	2.96	399.0 -> 80.0	497	4.MPFHxS	0.01
2.PFOA	0.29272	2.24	413.0 -> 369.0	6609	5.MPFOA	0.03
3.PFOS	0.13811	5.84	499.0 -> 80.0	621	6.MPFOS	0.01

IS情報



化合物名	タイプ	RT (min)	イオン (Tgt)	面積値	
4.MPFHxS	ISTD	2.92	403.0 -> 84.0	52994	88%
5.MPFOA	ISTD	2.24	417.0 -> 372.0	263100	86%
6.MPFOS	ISTD	5.84	503.0 -> 80.0	81466	103%

化合物グラフィック



1.PFHxS



2.PFOA



3.PFOS



4.MPFHxS

5.MPFOA

6.MPFOS

サンプル定量レポート(ISTD)

0804046_d

バッチ情報

バッチデータパス	D:¥MassHunter¥Data¥Agilent¥PFOS¥4PFCs¥2026¥08¥8-2w¥QuantResults¥20260804_go.batch.bin
解析日時	8/6/2026 2:20 PM
レポート作成日時	8/6/2026 2:51 PM
検量線最終更新日時	8/6/2026 2:20 PM

解析情報

機器	Instrument 1	オペレータ	fujiwara
データファイル	0804046.d	サンプル名	4-35-13
サンプルタイプ	Sample	測定日時	8/5/2026 9:24 AM
測定メソッド	Direct_4PFCs_Gslow6_12_MRM20240624.m	解析メソッド	20260804_go.batch.bin
バイアル番号	P1-C5	希釈倍率	0.02
注入量1	10		

定量結果

濃度単位: ng/L



化合物名	最終濃度	RT (min)	イオン (Tgt)	面積 (Tgt)	IS化合物名	IS比
1.PFHxS	0.18313	2.79	399.0 -> 80.0	462	4.MPFHxS	0.01
2.PFOA	0.34824	2.03	413.0 -> 369.0	7735	5.MPFOA	0.03
3.PFOS	0.18024	5.84	499.0 -> 80.0	950	6.MPFOS	0.01

IS情報



化合物名	タイプ	RT (min)	イオン (Tgt)	面積値	
4.MPFHxS	ISTD	2.80	403.0 -> 84.0	52027	86%
5.MPFOA	ISTD	2.04	417.0 -> 372.0	254652	83%
6.MPFOS	ISTD	5.84	503.0 -> 80.0	79682	101%

化合物グラフィック



1.PFHxS



2.PFOA



3.PFOS

4.MPFHxS

5.MPFOA

6.MPFOS

